

7. Verfügbarkeit der Messergebnisse⁸

Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (Angaben in Prozent)

| September 2023 | SO ₂ | PM ₁₀ | PM _{2,5} | NO ₂ | CO | O ₃ |
|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------|----------------|
| | % | % | % | % | % | % |
| Stephansplatz | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 99,8 |
| Taborstraße | - | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 99,9 | - |
| AKH | - | 100,0 | 100,0 | 99,4 | - | - |
| Belgradplatz | - | 100,0 | 100,0 | 99,8 | - | - |
| Laaer Berg | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| Kaiser-Ebersdorf | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | - | - |
| A23-Wehlistraße | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 99,1 | - |
| Gaudenzdorf | - | 100,0 | 99,7 | 99,9 | - | - |
| Hietzinger Kai | - | - | - | 99,6 | 99,6 | - |
| Kendlerstraße | - | 100,0 | 99,9 | 99,9 | - | - |
| Schafberg | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | - | - |
| Hermannskogel | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| Hohe Warte | 99,3 | - | - | 99,2 | - | 99,2 |
| Gerichtsgasse | - | 100,0 | 100,0 | 99,4 | - | - |
| Lobau | - | 56,9 | 100,0 | 99,4 | - | 99,4 |
| Stadlau | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | - | - |
| Liesing- Gewerbegebiet | - | 99,7 | 100,0 | 99,5 | - | 98,5 |

Die verringerte Verfügbarkeit von PM₁₀ an der Messstelle Lobau wurde durch technisch bedingte Ausfälle verursacht.

⁸ Eine Verfügbarkeit der Daten von $\geq 75\%$ ist zur Berechnung von Monatskenngrößen erforderlich.